



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD

08/07/2016

UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales



PERIODO Mensual

R0903-0001

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0001	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MÓDULO INTEGRADO: EQUIPO FIJO, ELECTROHIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. 1. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: 1.1. INTEGRADA AL SILLÓN, 1.2. CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA 1.3. LIBRE DE SOMBRAS, 1.4. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE, ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500°K O MAYOR, 1.5. CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS, 1.6. REFLECTOR DICROICO, REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). 2. MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: 2.1. INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO. 2.2. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE	PIEZA	1	\$77,820.00	\$77,820.00	16	\$90,271.20



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	ACERO TROPICALIZADO ANTICORROSIVO DE ½" DE ESPESOR. 2.3. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. 2.4. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. 2.5. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. 2.6. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA INDEPENDIENTE PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. 2.7. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, TURBINA CON MANDRIL, EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE, CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR, HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. 2.8. DOS PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DE 2 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GIRO DE 0 A 30,000						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	10,000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR, CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. 2.9. MANÓMETRO PARA VER LA PRESIÓN DE CADA PIEZA DE MANO. 2.10. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE, CON VÁLVULA DE NO- RETRACCIÓN. 2.11. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES, CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO, CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. 2.12. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO:						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	<p>CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE CON ALTURA MINIMA DE 450 MM Y MÁXIMA DE 750 MM, SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL, MOVIMIENTOS ELECTROMECAÑICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG, POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE, SIN COSTURAS, ERGONÓMICA E INDEFORMABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA, CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES, CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR.</p> <p>2.13. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD, DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL, CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA,</p>						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



R0903-0001

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	SOPORTE PARA LLENADO DE VASO, CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO, BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. 2.14. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE, CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES, CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. 2.15. SILLAS PARA ESTOMATÓLOGO CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON 5 RODAJAS, TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. 2.16. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. 2.17. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS, DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	<p>2.18. LÁMPARA DE FOTOCURADO CON LUZ LED DE USO CONTINUO, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 430 A 490 NM, INTENSIDAD DE LUZ: 800 MW/CM2, CONDUCTO DE LUZ: 10 MM, NEGRO, DESINFECTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134 °C, CONOS ANTI DESLUMBRANTES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE A 134 °C, SEÑAL DE TRABAJO DE 10 A 60 SEG. CON SEÑAL SONORA CADA 10 SEG. A PARTIR DE QUE SE OPRIME EL BOTÓN DE INICIO O DE SELECCIÓN DE TIEMPO, CON APAGADO AUTOMÁTICO A LOS 60 SEG. CON SOPORTE, TRANSFORMADOR CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, CONDUCTO DE LUZ DE 100 MM NEGRO, TRES CONOS ANTIDESLUMBRANTES, POTENCIA DE TRANSFORMADOR: ENTRADA DE 100-240 VCA. 60 HZ. 0.28 - 0.14 AMP. SALIDA 5 VCD. Y DOS PIEZAS DE FOCO DE HALÓGENO.</p> <p>3. CUENTE CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES Y/O REGULACIONES: FDA, CE DE ACUERDO AL PAÍS DE ORIGEN. ISO 9001:2000 DE FABRICACIÓN ACCESORIOS: COMPRESORA DE AIRE NUEVA DE 2 HP COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE 108 LITROS, CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS, AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE CON</p>						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	ENTREGA DE AIRE LIMPIO, Y CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDO. INCLUYE GUÍAS MECÁNICAS PARA LA PREINSTALACIÓN. 4 MANTENIMIENTO DOS VECES AL AÑO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN QUE CONSTA DE: 4.1.- PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: • LECTURA DE VOLTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. • REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SEGURIDAD MECÁNICA Y SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO, EFECTUANDO LAS REPARACIONES Y/O AJUSTES QUE SEAN NECESARIOS. • LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO DE POLVO, SUCIEDAD U OXIDACIÓN PRODUCIDA POR CONDICIONES NORMALES, EXCLUYENDO SITUACIONES ANORMALES (INUNDACIONES POR EJEMPLO). • PRUEBAS DE OPERACIÓN DE TODOS LOS CONTROLES. • APERTURA Y REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES. • REVISIÓN DE PRESIÓN DE AIRE EN UNIDAD. • LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE PIEZAS DE MANO. • LIMPIEZA GENERAL DE ESCUPIDERA. • SANITIZACIÓN DEL SISTEMA DE						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	ALIMENTACIÓN DE AGUA DE ESCAREADOR, JERINGA TRIPLE, PIEZAS DE MANO Y BOTELLA FLUSH, CON PRODUCTO ELABORADO A BASE DE PERCARBONATO DE SODIO, CLORURO DE AMONIO Y NITRATO DE PLATA. • LIMPIEZA GENERAL DEL TRIMODULAR. • LIMPIEZA DE JERINGA TRIPLE O CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. • REVISIÓN DE BOTONES DE MOVIMIENTOS PRINCIPALES DEL SILLÓN Y CAMBIO DE REFACCIONES QUE SEAN NECESARIOS. • DESMONTAJE DE FILTROS, LIMPIEZA Y COLOCACIÓN. • LIMPIEZA DE COLECTOR DE SÓLIDOS. • LIMPIEZA DE EYECTORES. • CAMBIO DE PIECERA DE PLÁSTICO EN CASO DE SER NECESARIO. • REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LÁMPARA. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BALASTRO DEL NEGATOSCOPIO. • LUBRICACIÓN DE PARTES ARTICULADAS Y DE PIEZAS QUE LO REQUIERAN. ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE: CAMBIO DE TURBINAS USADAS POR NUEVAS EN PIEZAS DE MANO. CAMBIO DE EMPAQUE Y RESORTE DEL BOTÓN LLENA VASOS.						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/07/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	<p>CAMBIO TOTAL DE MANGUERAS INTERNAS DE AIRE, AGUA Y DESCARGA AL DRENAJE.</p> <p>COMPRESOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REVISIÓN ELÉCTRICA • PURGA DE TANQUE. • LIMPIEZA GENERAL. <p>CAMBIO DE MOTOR, SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE O CUALQUIER OTRA REFACCIÓN QUE NO FUNCIONE, O INCLUSO EL CAMBIO TOTAL DEL COMPRESOR, SI POR SUS CONDICIONES REPRESENTA EN EL FUTURO POR MAL FUNCIONAMIENTO, EL RIESGO QUE IMPIDA EL TRABAJO DIARIO EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO.</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO.</p> <p>LA SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES QUE MUESTREN DESGASTE O ESTÉN INSERVIBLES POR LA OPERACIÓN INCLUYENDO LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOCO DE LÁMPARA. • JERINGA TRIPLE. • MANGUERAS DE AIRE, AGUA Y DESAGÜE INTERNAS Y EXTERNAS DAÑADAS O EN MAL ESTADO. • VÁLVULAS DE AIRE O AGUA EN CUALQUIER DE LOS SISTEMAS DE LA UNIDAD. • CAMBIO DE REFACCIONES 						



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de julio de 2016

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD

08/07/2016

UNIDAD 03-Dirección de Programas Especiales



PERIODO Mensual

R0903-0001

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 5311-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070020104720L21A5311

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
	INTERNAS EN CASO DE QUE ESTÉN DAÑADOS. • NEGATOSCOPIO. • ESCAREADOR ELÉCTRICO. • PIEZAS DE PLÁSTICO ROTAS DE CUALQUIER PARTE DEL SILLÓN. • ESCUPIDERA. CUALQUIER OTRA PARTE DE LA UNIDAD, AUNQUE NO ESTÉ EXPLÍCITAMENTE DESCRITA. LAS REFACCIONES SON NUEVAS Y CON REEMPLAZO A CAMBIO.						

SUBTOTAL: \$77,820.00
I.V.A.: \$12,451.20
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$90,271.20